Scheda Tecnica
408N
Ginocchiera tubolare con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Profilo prodotto

Codice
408N

Descrizione
Ginocchiera tubolare con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Nome commerciale
Object

Caratteristiche

— Struttura in neoprene ortopedico bifoderato;
— Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo;
— Cinturini a Velcro® con chiusura lineare;
— Lavabile;
— Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle;
— Stecche a spirale mediali e laterali.

Indicazioni

— Prevenzione delle lesioni del ginocchio;
— Stabilizzazione latero-mediale;
— Protezione da tensioni anomale sul ginocchio leso in via di guarigione;
— Prevenzione durante la pratica sportiva.

Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici

Taglia/misura

codice	**408N**					
taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
lungh. cm	33	33	33	33	33	33
colori	nero e blu					
	ambidestra					

Confezione

Sacchetto in polietilene
Scatola in cartone

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.
In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi direttamente al proprio medico.

Persone soggette a dermatiti o allergie ai prodotti derivanti dal neoprene non devono indossare questo tutore.

ORTHOSERVICE AG
Sede: Via Milano 7 – CH-6830 Chiasso - Switzerland
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

Sede italiana
RO+TEN srl
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 – Verano B.za MB
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - info@roplusten.com – www.roplusten.com