Scheda Tecnica
G1125 (tubolare) - G1125A (apribile)
ginocchiera corta con aste articolate policentriche a controllo F-E

Profilo prodotto

Codice
G1125 (tubolare) – G1125A (apribile)

Descrizione
ginocchiera corta con aste articolate policentriche a controllo F-E

Nome commerciale
genufit25/25A

Caratteristiche

- Il design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione;
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®;
- Inserimento popliteo privo di cucitura centrale in morbido tessuto Soft-X;
- Bordo morbido ed elastico;
- **Solo Genufit25**: foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso;
- **Solo Genufit25A**: apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata:nchiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. apertura per la rotula;
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei:
- Estensione: 0° - 10° - 20° – 30° - 40°;
- Flessione: 45° - 60° - 75° - 90°;
- Blocco: 0° - 10° - 20° - 30°.

Indicazioni

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I°-II° grado legamento collaterale mediale/laterale;
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva;
- Instabilità cronica latero-mediale;
- Artrosi femoro-rotulea;
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile).

Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici

Taglia/misura

codice	**G1125 – G1125A**					
taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Circonf.za presa cm 15 sopra centro rotula	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
lunghezza	34	34	34	34	34	34
colori	nero					
	ambidestra					

Confezione

Sacchetto in polietilene
Scatola in cartone

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

ORTHOSERVICE AG
Sede: Via Milano 7 – CH-6830 Chiasso - Switzerland
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

Sede italiana
RO+TEN srl
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 – Verano B.za MB
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - info@roplusten.com – www.roplusten.com